Glossário de símbolos



Os símbolos neste glossário aparecem em rótulos, embalagens ou manuais de produtos da Verathon. Para obter informações específicas dos produtos, consulte o manual correspondente em verathon.com/service-and-support.

Símbolos regulamentados

| SÍMBOLO | TÍŢULO | TEXTO EXPLICATIVO | REFERÊNCIA | TÍTULO DA NORMA |
|--------------|--|--|--|--|
| SINIBOLO | DO SÍMBOLO | TEXTO EXPERCATIVO | DA NORMA | THULU DA NORMA |
| \triangle | Cuidado | Indica que é necessário ter cuidado ao operar o dispositivo ou o controle perto do local em que o símbolo foi colocado, ou que o operador precisa ter consciência da situação atual ou agir para evitar consequências indesejadas. | ISO 15223-1: 2021 Número de referência 5.4.4 | Dispositivos médicos — Símbolos a serem usados com as informações apresentadas pelo fabricante, Parte 1: requisitos gerais |
| 4 | Cuidado, risco de choque elétrico | Para identificar equipamento que apresente risco de choque elétrico, por exemplo, fonte de alimentação de soldagem. | ISO 60417: 2013 Número de referência 6042 | Símbolos gráficos usados no equipamento |
| \triangle | Sinal de aviso geral | Para representar um aviso geral. | ISO 7010: 2011 Número de referência W001 | Símbolos gráficos – Cores e sinais de segurança – Sinais de segurança registrados |
| | Aviso; superfície quente | Para avisar sobre uma superfície quente. | ISO 7010: 2011 Número de referência W017 | Símbolos gráficos – Cores e sinais de segurança – Sinais de segurança registrados |
| | Cuidado, bordas afiadas | Para indicar que o item marcado tem bordas afiadas e não deve ser tocado sem prestar atenção. | ISO 60417: 2013 Número de referência 6043 | Símbolos gráficos usados no equipamento |
| ((•)) | Radiação eletromagnética não ionizante | Para indicar níveis normalmente elevados e potencialmente perigosos de radiação não ionizante, ou ainda equipamentos ou sistemas (por exemplo, na área elétrica da medicina) que incluam transmissores de radiofrequência ou que apliquem intencionalmente energia eletromagnética por radiofrequência para diagnóstico ou tratamento. | IEC 60601-1-2 Número de referência 5.1.1 | Equipamento elétrico médico, parte 1–2: requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial; norma colateral: compatibilidade eletromagnética – Requisitos e testes |
| ⊙* | Impulsor de ar, sucção | Para identificar o interruptor ou o controle que opera o impulsor de ar para sucção. | IEC 60417: 2013 Número de referência 6189 | Símbolos gráficos usados no equipamento |
| \Diamond | Sinal de proibição geral | Para informar sobre uma ação proibida. | ISO 7010: 2011 Número de referência P001 | Símbolos gráficos – Cores e sinais de segurança – Sinais de segurança registrados |
| (i | Consulte as instruções de uso | Indica a necessidade de o usuário consultar as instruções de uso. | ISO 15223-1: 2021 Número de referência 5.4.3 | Dispositivos médicos — Símbolos a serem usados com as informações apresentadas pelo fabricante, Parte 1: requisitos gerais |
| & | Siga as instruções de uso | Consulte o folheto/manual de instruções. | IEC 60601-1, tabela D.2, símbolo 10 | Equipamento elétrico médico, parte 1: requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial |
| | Distribuidor | Indica a entidade que distribui o dispositivo médico no local. | ISO 15223-1: 2021 Número de referência 5.1.9 | Dispositivos médicos — Símbolos a serem usados com as informações apresentadas pelo fabricante |
| | Importador | Indica a entidade que importa o dispositivo médico para o local. | ISO 15223-1: 2021 Número de referência 5.1.8 | Dispositivos médicos — Símbolos a serem usados com as informações apresentadas pelo fabricante |
| M | Fabricante | Indica o fabricante do dispositivo médico, conforme definido nas diretivas 90/385/EEC, 93/42/EEC e 98/79/EC da UE. | ISO 15223-1: 2021 Número de referência 5.1.1 | Dispositivos médicos — Símbolos a serem usados com as informações apresentadas pelo fabricante, Parte 1: requisitos gerais |
| EC REP | Representante autorizado na Comunidade Europeia/União Europeia | Indica o representante autorizado na Comunidade Europeia/União Europeia. | ISO 15223-1: 2021 Número de referência 5.1.2 | Dispositivos médicos — Símbolos a serem usados com as informações apresentadas pelo fabricante, Parte 1: requisitos gerais |

| SÍMBOLO | TÍTULO DO SÍMBOLO | TEXTO EXPLICATIVO | REFERÊNCIA DA NORMA | TÍTULO DA NORMA |
|---------------------|--------------------------------------|---|--|---|
| CH REP | Representante autorizado suíço | Indica o representante autorizado na Suíça. | ISO 15223-1: 2021 Número de referência 5.1.2 | Dispositivos médicos — Símbolos a serem usados com as informações apresentadas pelo fabricante, Parte 1: requisitos gerais |
| UK REP | Pessoa responsável no Reino Unido | Indica o representante autorizado no mercado da Grã-Bretanha (Inglaterra, País de Gales e Escócia). | ISO 15223-1: 2021 Número de referência 5.1.2 | Dispositivos médicos — Símbolos a serem usados com as informações apresentadas pelo fabricante, Parte 1: requisitos gerais |
| سا | Data de fabricação | Indica a data de fabricação do dispositivo médico. | ISO 15223-1: 2021 Número de referência 5.1.3 | Dispositivos médicos — Símbolos a serem usados com as informações apresentadas pelo fabricante, Parte 1: requisitos gerais |
| 8 | Data de validade | Indica a data após a qual o dispositivo médico não deve ser usado. | ISO 15223-1: 2021 Número de referência 5.1.4 | Dispositivos médicos — Símbolos a serem usados com as informações apresentadas pelo fabricante, Parte 1: requisitos gerais |
| REF | Número de catálogo | Indica o número de catálogo do fabricante para que o dispositivo médico possa ser identificado. | ISO 15223-1: 2021 Número de referência 5.1.6 | Dispositivos médicos — Símbolos a serem usados com as informações apresentadas pelo fabricante, Parte 1: requisitos gerais |
| SN | Número de série | Indica o número de série do fabricante para que um dispositivo médico específico possa ser identificado. | ISO 15223-1: 2021 Número de referência 5.1.7 | Dispositivos médicos — Símbolos a serem usados com as informações apresentadas pelo fabricante, Parte 1: requisitos gerais |
| LOT | Código do lote | Indica o código do lote do fabricante para que o lote possa ser identificado. | ISO 15223-1: 2021 Número de referência 5.1.5 | Dispositivos médicos — Símbolos a serem usados com as informações apresentadas pelo fabricante, Parte 1: requisitos gerais |
| MD | Dispositivo médico | Indica se o item é um dispositivo médico. | ISO 15223-1:2021 Número de referência 5.7.7 | Dispositivos médicos — Símbolos a serem usados com as informações apresentadas pelo fabricante, Parte 1: requisitos gerais |
| 1 | Limite máximo de temperatura | Indica o limite máximo de temperatura ao qual o dispositivo médico pode ser exposto com segurança. | ISO 15223-1: 2021 Número de referência 5.3.6 | Dispositivos médicos — Símbolos a serem usados com as informações apresentadas pelo fabricante, Parte 1: requisitos gerais |
| 1 | Limite de temperatura | Indica os limites de temperatura aos quais o dispositivo médico pode ser exposto com segurança. | ISO 15223-1: 2021 Número de referência 5.3.7 | Dispositivos médicos — Símbolos a serem usados com as informações apresentadas pelo fabricante, Parte 1: requisitos gerais |
| <u>(%)</u> | Limite de umidade | Indica o nível de umidade ao qual o dispositivo médico pode ser exposto com segurança. | ISO 15223-1: 2021 Número de referência 5.3.8 | Dispositivos médicos — Símbolos a serem usados com as informações apresentadas pelo fabricante, Parte 1: requisitos gerais |
| ,••• | Limite de pressão atmosférica | Indica o nível de pressão atmosférica ao qual o dispositivo médico pode ser exposto com segurança. | ISO 15223-1: 2021 Número de referência 5.3.9 | Dispositivos médicos — Símbolos a serem usados com as informações apresentadas pelo fabricante, Parte 1: requisitos gerais |
| R _X only | Uso apenas com prescrição | Cuidado: a legislação federal dos EUA limita a venda deste dispositivo a médicos licenciados ou por ordem destes. | 21 CFR 801.109 | Rotulagem: dispositivos usados com prescrição |
| Ţ | Frágil, manuseie com cuidado | Indica um dispositivo médico que pode ser quebrado ou danificado se não for manuseado com cuidado. | ISO 15223-1: 2021 Número de referência 5.3.1 | Dispositivos médicos — Símbolos a serem usados com as informações apresentadas pelo fabricante, Parte 1: requisitos gerais |
| * | Manter seco | Indica um dispositivo médico que precisa ser protegido da umidade. Observação: este símbolo também pode significar "Proteger da chuva", conforme referência da ISO 7000. | ISO 15223-1: 2021 Número de referência 5.3.4 | Dispositivos médicos — Símbolos a serem usados com as informações apresentadas pelo fabricante, Parte 1: requisitos gerais |
| 凸 | Somente uso interno | Indica um dispositivo designado apenas para uso em ambientes internos. | IEC 60417: 2013 Número de referência 5957 | Símbolos gráficos usados no equipamento |

| SÍMBOLO | TÍTULO DO SÍMBOLO | TEXTO EXPLICATIVO | REFERÊNCIA DA NORMA | TÍTULO DA NORMA |
|------------|---|---|---|---|
| ® | Não use se a embalagem estiver danificada e consulte as instruções de uso | Indica que o dispositivo médico não deve ser usado caso a embalagem tenha sido danificada ou aberta e que o usuário deve consultar as instruções de uso para obter mais informações. | ISO 15223-1: 2021 Número de referência 5.2.8 | Dispositivos médicos — Símbolos a serem usados com as informações apresentadas pelo fabricante, Parte 1: requisitos gerais |
| <u>tt</u> | Este lado para cima | Indica a posição correta para cima da embalagem de transporte. | ISO 7000: 2004 Número de referência 0623 | Símbolos gráficos usados no equipamento – Símbolos registrados |
| | Quantidade por embalagem | Indica o número de peças na embalagem. | ISO 7000: 2004 Número de referência 2794 | Símbolos gráficos usados no equipamento – Símbolos registrados |
| ¥ | Limite de empilhamento por número | Indica que os itens não devem ser empilhados verticalmente além da quantidade especificada, seja por causa da natureza da embalagem de transporte ou dos próprios itens. | ISO 7000: 2004 Número de referência 2403 | Símbolos gráficos usados no equipamento – Símbolos registrados |
| ③ | É proibido empurrar | Proibição de empurrar um objeto. | ISO 7010: 2011 Número de referência P017 | Símbolos gráficos – Cores e sinais de segurança – Sinais de segurança registrados |
| G | Reciclar | Para indicar a localização da lixeira ou do contêiner. | ISO 7001: 2007 Número de referência PI PF 066 | Símbolos gráficos — Símbolos de informações públicas |
| STERILEEO | Esterilizado com óxido de etileno | Indica que um dispositivo médico foi esterilizado com óxido de etileno. | ISO 15223-1: 2021 Número de referência 5.2.3 | Dispositivos médicos — Símbolos a serem usados com as informações apresentadas pelo fabricante, Parte 1: requisitos gerais |
| STERILE R | Esterilizado por irradiação | Indica que um dispositivo médico foi esterilizado com irradiação. | ISO 15223-1: 2021 Número de referência 5.2.4 | Dispositivos médicos — Símbolos a serem usados com as informações apresentadas pelo fabricante, Parte 1: requisitos gerais |
| | Sistema de barreira estéril única | Indica um sistema de barreira estéril única. | ISO 15223-1: 2021 Número de referência 5.2.11 | Dispositivos médicos — Símbolos a serem usados com as informações apresentadas pelo fabricante, Parte 1: requisitos gerais |
| (2) | Reutilização não permitida | Indica que o dispositivo médico foi projetado para uso descartável. | ISO 15223-1: 2021 Número de referência 5.4.2 | Dispositivos médicos — Símbolos a serem usados com as informações apresentadas pelo fabricante, Parte 1: requisitos gerais |
| NON | Não esterilizado | Indica que um dispositivo médico não passou por um processo de esterilização. | ISO 15223-1: 2021 Número de referência 5.2.7 | Dispositivos médicos — Símbolos a serem usados com as informações apresentadas pelo fabricante, Parte 1: requisitos gerais |
| | Equipamento de Classe II | Para identificar equipamentos que atendem aos requisitos de segurança especificados para equipamentos de Classe II, de acordo com a norma IEC 61140. | IEC 60417: 2013 Número de referência 5172 | Símbolos gráficos usados no equipamento |
| 床 | Peça tipo BF aplicada | Para identificar uma peça tipo BF aplicada em conformidade com a norma IEC 60601-1. | IEC 60601-1, tabela D.1, símbolo 20 | Equipamento elétrico médico, parte 1: requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial |
| ⊝-€-⊛ | Polaridade do conector de energia CC | Identifica as conexões positiva e negativa (a polaridade) de uma fonte de alimentação CC, ou ainda as conexões positiva e negativa em um equipamento ao qual a fonte de alimentação CC possa estar conectada. | IEC 60950-1, edição 2.2: 2013 Número de referência 4.3.8 | Símbolos gráficos usados no equipamento |
| === | Corrente contínua | Para indicar na placa de classificação que o equipamento é adequado apenas para corrente direta; para identificar terminais relevantes. | IEC 60417: 2013 Número de referência 5031 | Símbolos gráficos usados no equipamento |
| \sim | Corrente alternada | Para indicar na placa de classificação que o equipamento é adequado apenas para corrente alternada; para identificar terminais relevantes. | IEC 60417: 2013 Número de referência 5032 | Símbolos gráficos usados no equipamento |
| <u></u> | Terra; aterramento | Para identificar um terminal de aterramento em casos em que nenhum dos símbolos 5018 ou 5019 são explicitamente exigidos. | IEC 60417: 2013 Número de referência 5017 | Símbolos gráficos usados no equipamento |

| SÍMBOLO | TÍTULO DO SÍMBOLO | TEXTO EXPLICATIVO | REFERÊNCIA DA NORMA | TÍTULO DA NORMA |
|----------|---|--|---|--|
| | Fusível | Para identificar caixas de fusíveis ou seus locais. | IEC 60417: 2013 Número de referência 5016 | Símbolos gráficos usados no equipamento |
| (h) | Em espera | Para identificar o interruptor ou a posição do interruptor por meio da parte do equipamento que está ligada para, assim, colocá-lo em espera; para identificar o controle para mudar para o estado de baixo consumo de energia ou indicá-lo. Cada um dos diferentes estados de consumo de energia pode ser indicado usando uma cor correspondente. | IEC 60417: 2013 Número de referência 5009 | Símbolos gráficos usados no equipamento |
| | Dispositivos com sensibilidade eletrostática | Indica que a embalagem contém dispositivos eletrostáticos. | IEC-TR-60878 Número de referência 5134 | Símbolos gráficos para equipamentos elétricos usados na prática médica |
| <u> </u> | Condição de descarte no fluxo de resíduos | Não descarte produtos eletrônicos no fluxo de resíduos comum. | Diretiva 2002/96/EC (WEEE) | Marcação de equipamento elétrico e eletrônico de acordo com o artigo 11(2) da diretiva 2002/96/EC (WEEE) |
| | Diâmetro interno | Para indicar uma referência ao diâmetro interno. | IEC 60417: 2013 Número de referência 5845 | Símbolos gráficos usados no equipamento |
| O | Diâmetro externo | Para indicar uma referência ao diâmetro externo. | IEC 60417: 2013 Número de referência 5846 | Símbolos gráficos usados no equipamento |

Outros símbolos

Os símbolos desta seção não são determinados por uma norma regulatória. Eles estão em conformidade com os requisitos do setor ou de comitês governamentais de norma. Ainda podem abordar um requisito específico de uma empresa, conforme permitido pela norma IEC 60601.

| SÍMBOLO | TEXTO EXPLICATIVO | |
|------------|---|--|
| (8) | Não incinerar | |
| Ø | Não realizar a manutenção | |
| | Esta página foi intencionalmente deixada em branco | |
| := | USB para armazenamento de mídias | |
| | Unidade flash USB para armazenamento de mídias | |
| Ÿ | Manusear com cuidado | |
| | Quantidade por caixa | |
| | Carga máxima de segurança | |
| ⊕ | A caixa de envio é feita de papelão ondulado e deve ser devidamente reciclada | |
| Î | Número de catálogo de novos pedidos de papel | |
| 8 | Material inflamável | |

| SÍMBOLO | TEXTO EXPLICATIVO |
|-------------|---|
| | Bateria de íon-lítio |
| - +) | Funciona com bateria |
| \\ * | Ligar à fonte de alimentação |
| •< | USB |
| (1) | Nível de eficiência energética IV |
| V | Nível de eficiência energética V |
| (VI) | Nível de eficiência energética VI |
| LPS | Fonte de alimentação limitada |
| * | Tubos de lúmen duplo não são compatíveis |
| * | Tubos de lúmen duplo não são compatíveis |
| ⊗ + | Sem capacidade de sucção |
| | Sem capacidade de sucção |
| | Incompatível com ferramentas ou acessórios endoscópicos (se mostrado com uma variedade de diâmetros, incompatível com ferramentas ou acessórios endoscópicos nessa variedade) |

Certificações

| SÍMBOLO | TEXTO EXPLICATIVO | NORMA OU AUTORIDADE | TÍTULO DA NORMA (SE APLICÁVEL) |
|----------------------------|---|--|---|
| Œ | A marcação CE indica que o produto está em conformidade com as Diretivas da União Europeia aplicáveis | Diretiva 93/42/CEE | Diretiva do conselho 93/42/EEC de 14 de junho de 1993 relativa a dispositivos médicos |
| UK CA | UKCA — A marcação UK Conformity Assessed indica conformidade do produto com as normas aplicáveis da Inglaterra, Escócia e País de Gales | _ | _ |
| BC | Marca do círculo BC — o carregador de bateria está em conformidade com os regulamentos da Comissão de Energia da Califórnia para sistemas de carregamento de bateria | 20 CCR § 1607 | Código de Regulamentos da Califórnia, Regulamentos de Eficiência de Aparelhos — Marcação de Aparelhos |
| c ® ° _{Us} | CSA - Marca da Associação Canadense de Normas de certificação para normas aplicáveis a equipamentos elétricos para medicina | _ | _ |
| ① | EFUP - Período de uso ecológico | SJ/T11364-2006 | Marcação de uso restrito de substâncias perigosas em produtos eletrônicos e elétricos |
| F© | FCC - Testado conforme os requisitos da Comissão Federal de Comunicações norte-americana | _ | _ |
| I C A.SA | ICASA - Testado para os requisitos da Autoridade Independente de Comunicações da África do Sul | _ | _ |
| JQA | JQA — avaliação de conformidade e certificação de acordo com a Lei de Dispositivos Elétricos e Segurança de Materiais, conduzida pela Organização de Garantia de Qualidade do Japão | _ | _ |
| | C-Tick - Marca de Conformidade Regulamentar para Austrália e Nova Zelândia | AS/NZS3820 | Requisitos essenciais de segurança para equipamento elétrico |
| agasto Schwiner | GS - Certificação de segurança alemã para conformidade com a lei alemã de segurança de equipamentos | _ | _ |
| PS | (Diamante) Marca PSE para produto de "Categoria A" — está em conformidade com os requisitos de segurança elétrica e EMI para produtos elétricos vendidos no Japão | Ministério da Economia, Comércio e Indústria do Japão (METI) | Lei DENAN do Japão (Lei de Dispositivos Elétricos e Segurança de Materiais) |
| A TÜV | TÜV - Marca de aprovação de segurança para componentes ou subunidades | TÜV Rheinland | _ |
| TIOV SO Professional | TÜV - Marca de aprovação de segurança para componentes ou subunidades | TÜV SÜD Mark E | _ |
| c SUD US | TÜV - Marca de aprovação de segurança para componentes ou subunidades, em conformidade com os padrões do Canadá e dos Estados Unidos | TÜV SÜD NRTL (Canadá/EUA) | _ |

| SÍMBOLO | TEXTO EXPLICATIVO | NORMA OU AUTORIDADE | TÍTULO DA NORMA (SE APLICÁVEL) |
|----------------------|---|------------------------|--------------------------------|
| RECOGNIZED COMPONENT | ETL - Intertek Testing Services, Inc. Componente reconhecido | П | _ |
| c UL us | UL - Marca de certificação da Underwriters Laboratories referente apenas a choque elétrico, incêndio e riscos mecânicos | _ | _ |
| 717 | UL - Marca de certificação de componente reconhecidos pela Underwriters Laboratories | - | _ |
| c 91 1 us | UL - Marca de certificação de componente reconhecidos pela Underwriters Laboratories no Canadá e nos Estados Unidos | _ | _ |

verathon.com

Verathon é uma marca registrada da Verathon Inc. © 2022 Verathon Inc. Verathon Inc.

20001 North Creek Parkway Bothell, WA 98011, EUA Tel.: +1 800 331 2313 (apenas EUA e Canadá) Tel: +1 425 867 1348 Fax: +1 425 883 2896

Verathon Medical (Austrália) Pty Limitada

Unidade 9, 39 Herbert Street St Leonards NSW 2065, Austrália Na Austrália: 1800 613 603 Tel / 1800 657 970 Fax Internacional: +61 2 9431 2000 Tel / +61 2 9475 1201 Fax

CHREP MDSS CH GmbH

Laurenzenvorstadt 61 5000 Aarau Suíça **ECREP** Verathon Medical (Europa) B.V.

UE UE

Willem Fenengastraat 13 1096 BL Amsterdã, Países Baixos Tel: +31 (0) 20 210 30 91

Fax: +31 (0) 20 210 30 92

UK REP MDSS-UK RP Ltd.

6 Wilmslow Road, Rusholme Manchester M14 5TP Reino Unido

Tel.: +44 (0)7898 375115